



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w GDYNI**

81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 59A

tel./fax (58) 624-28-27/624-28-43

e-mail: gdynia@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna

Znak producenta: IT3000/MASTEC; Znak typu: T D08-09-008; Nr fabryczny: 11320616; Rok produkcji: 2016;

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 3 sierpnia 2022 r.

MIEJSCA UŻYTKOWANIA

„BCT-BALTYCKI TERMINAL KONTENEROWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 81-127 Gdynia

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 60 000 kg; Obciążenie minimalne Min 400 kg;

Działka legalizacyjna e = 20 kg; Klasa dokładności



WNIOSKODAWCA

Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zacna 31, 80-283 Gdańsk - wykonawca naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 22 ust. 1 oraz § 34 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 § i 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na:

- tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie miernika wagi.

Cechy zabezpieczające w liczbie 2 umieszczono na:

- dostępie do skrzynki przyłączeniowej przetworników tensometrycznych. – 2 szt.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

WZ3.5110.436.2020

Data wystawienia: 3 lipca 2020 r.



ST. SPECJALISTA

Konrad Stepien